

شماره: ۰۵/۳۲۲۵۸

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

مدیریت ارجمند اداره کل تجهیزات پزشکی

جناب آقای دکتر علیزاده

با درود

بدین وسیله به استحضار می‌رساند، بر اساس اعلام کمپانی سازنده، تعدادی از سری ساخت‌های کیسه‌های استومی و لوازم جانبی استومی کمپانی Oxmed International GmbH به دلیل وجود ایراد فنی از جمله کاهش چسبندگی چسب کیسه و تراوش از چسب ولکرو، مشمول فراخوان (Recall) شده‌اند.

لذا مطابق درخواست کمپانی سازنده، می‌بایست کالاهای معیوب بازگردانده شوند. از این رو، این شرکت خطاب به اداره کل تجهیزات پزشکی، اقدامات اصلاحی مطابق دستورالعمل شرکت سازنده، درخواست ریکال کالاهایی که به پیوست خدمتتان ارسال می‌گردد را دارد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید، در اجرای بند (۲) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نسبت به صدور مجوز جایگزینی کالاهای معیوب با کالاهای سالم، به همان تعداد و با رعایت ضوابط و مقررات جاری، اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

با سپاس  
شرکت رسولزاده و شرکا

مهر  
مسئول می

شرکت رسولزاده و شرکا  
تلفن: ۲۲۰۵۸۸۵۲ - ۲۲۰۱۵۱۳۱

شرکت رسولزاده و شرکا

تهران - خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، پلاک ۲۱، کدپستی: ۱۹۶۷۹۱۷۵۹۳  
تلفن: ۲۲۰۱۵۱۳۱ فکس: ۲۲۰۵۸۸۵۲

21 Esfandiar Blvd., Africa Ave., Tehran 1967917593, Iran  
Tel: +98 21 22015131 Fax: +98 21 22058852

۹۱۲- ۲۵۴۹۹۱۴

ع. رسولزاده